

numer postępowania: SGZ/5/12/3/2016

Wrocław, 22.07.2016 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców.

ZADANIE NR 88

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii wykonanego z laminatu 2-warstwowego (PP-PE) o gramaturze min. 54 g/m² bez wzmocnień o następującym składzie:
- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
 - 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
 - 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
 - 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 245 cm (2 otwory 5 x 7 cm) z organizatorem przewodów bez blokady
 - 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
 - 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
 - 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
- Zestaw pakowany w opakowanie papierowo-foliowe z jedną 2-częściową etykietą samoprzylepną do dokumentacji medycznej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

ZADANIE NR 90

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze min. 35 g/m², wzmocnionego 2-warstwowym, oddychającym laminatem o gramaturze min. 79 g/m², posiadającego odporność na penetrację płynów min. 37 cm H₂O poza obszarem wzmocnień? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

ZADANIE NR 91

3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z wycięciem U o następującym składzie:
- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
 - 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
 - 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu "U" ("U" 15 x 95 cm) z padem chłonnym 260 x 200 cm
 - 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 170 x 250 cm
 - 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm
 - 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

ZADANIE NR 92

4. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii wykonanego z

KPSZW S.A.

laminatu 2- warstwowego o gramaturze min. 54 g/m2 posiadającego wzmocnienia o gram. min. 105 g/m2 o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne 310 x 250 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zestaw pakowany w opakowanie papierowo- foliowe z jedną 2- częściową etykietą samoprzylepną do dokumentacji medycznej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

ZADANIE NR 114

5. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania termometru z możliwością jego dezynfekcji (nie sterylizacji) posiadającego optyczny alarm gorączki (występuje w trybie pomiaru na czole) w kolorze czerwonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

ZADANIE NR 155

6. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku pakowanego w opakowanie a' 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

ZADANIE NR 229

7. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o min. gramaturze 54 g/m2 i następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta przylepna 170 x 175 cm

1 x serweta przylepna 240 x 150 cm

2 x serweta przylepna 90 x 75 cm

1 x fartuch chirurgiczny standard L (włóknina SMMMS)

1 x fartuch chirurgiczny standard XL (włóknina SMMMS)

2 x ręcznik celulozowy min. 30 x 30 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

ZADANIE NR 230

8. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego wykonanego z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o min. gramaturze 54 g/m2 i następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 95 cm) 245 x 280 cm

1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm

1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm

1 osłona na kończynę 35 x 120 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

ZADANIE NR 231

9. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o min. gramaturze 54 g/m² wytrzymałości na wypychanie na mokro > 177 kPa wytrzymałości na rozciąganie min. 100N i następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 160 cm

1 samoprzylepny serweta operacyjna z otworem (φ10 cm) 170 x 250 cm

1 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

ZADANIE NR 232

10. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny SMMMS, wyposażonego w etykietę i kolorową lamówkę pod szyją wskazującą na barierowość fartucha (widoczna przed rozłożeniem), posiadającego rękawy typu reglan, zapinanego przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku, z nadrukowanym rozmiarem po wewnętrznej stronie, pakowanego w opakowanie z 2 etykietami samoprzylepnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

ZADANIE NR 106

11. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony w rozmiarze 14 x 250 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania osłony w rozmiarze jak wyżej pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.

ZADANIE NR 180

12. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji biodra wykonanego z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o min. gramaturze 54 g/m², z dodatkowymi padami chłonnymi o gram min. 105 g/m² o wytrzymałości na wypychanie na mokro w strefie wzmocnionej > 390 kPa i następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (wzmocnienie min. 60 x 140 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 95 cm) 245 x 280 cm bez organizatorów

1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm

1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm

1 osłona na kończynę 35 x 120 cm

2 taśmy samoprzylepne poliestrowa 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm o min. gram 50 g/m²

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy zadania 191

W związku z faktem, że Zamawiający odpowiadając pozytywnie na pytanie zadane przez producenta, ale jednocześnie w aktualizacji odpowiedzi na pytania (84 pytanie) odpowiadając dodał warunek, który nie był ujęty w opisie (zastawki nieprzeźroczystej odróżniającą kolorem linię infuzyjną żyłą od linii tętnicznej), uprzejmie prosimy o dopuszczenie zastawki przezierniej, której obudowa jest zabarwiona na czerwono (linia tętnicza) i błado niebiesko (linia żylna) charakteryzującej się parametrami zawartymi w pytaniu. Produkt ten łączy zaletę przezierności z możliwością rozróżnienia linii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania osłony w rozmiarze jak wyżej pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Patrycja Katkowska