

WYKONAWCY

Nazwa postępowania: „Dostawa rękawic medycznych”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w poszczególnych częściach wybrano następujące oferty:

Oferta nr 1 **ZARYS International Group sp z o.o. SKA**, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - część 2.

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w części nr 2 w oparciu o kryteria oceny ofert – uzyskały największą ilość punktów, zgodnie ze wzorami w SIWZ.

Poniżej przedstawiono punktację w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację dla oferty danego Wykonawcy:

	Oferta nr 1 ZARYS International Group Sp. z o.o. SKA, ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	Oferta nr 2 Abena Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 15 Łozienica 72-100 Goleniów	Oferta nr 3 Abook Sp. z o.o. Ul. Brzostowska 22 04-985 Warszawa
Numer pakietu			
1			
2	Liczba pkt w kryterium cena: 60 Liczba pkt w kryterium warunki dodatkowe: 40 Suma punktów: 100		Liczba pkt w kryterium cena: 57,22 Liczba pkt w kryterium warunki dodatkowe: 40 Suma punktów: 97,22
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Jednocześnie, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 zamawiający informuje, że w części nr 6 oraz 8 odrzucono ofertę nr 1 **ZARYS International Group Sp. z o.o. SKA**, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W wyniku oceny próbek oferowanego asortymentu w częściach nr 6 i 8 Zamawiający stwierdza, że rękawice nie spełniają wymogów Zamawiającego dla rękawic chirurgicznych tj. rozmiar dostarczonych rękawic jest niezgodny z rozmiarem na opakowaniu.:

Pakiet 8, poz. 1:

- rozmiarówka jest zawyżona - np. rękawice o rozmiarze 7,5 są za duże dla operatorów, którzy wcześniej takiej rozmiarówki używali, rękawice posiadają szerokie palce,

KPSZW S.A.

- trudno jest nałożyć rękawice jedno na drugie w trakcie zabiegu, jeżeli zaistnieje taka konieczność, rękawice marszczą się i ślizgają.

Pakiet 6, poz.1:

- rozmiarówka nie dopasowana- rękawice posiadają za szerokie palce,
- mankiet zsuwa się z przedramienia.

Podstawę prawną odrzucenia oferty w ww. częściach stanowi art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający **unieważnił postępowanie w częściach nr 6 i 8**, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp).

Na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający **unieważnił postępowanie w częściach nr: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10**, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp).

Patrycja Katkowska

Wiceprezes Zarządu KPSZW S.A.